

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA DE CAETITÉ-BA, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de bomba de infusão volumétrica universal e equipos específicos compatíveis, conforme descrições e especificações técnicas abaixo, destinados ao uso hospitalar para infusão controlada de soluções parenterais e medicamentos, visando atender às necessidades da instituição.

LOTE ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	P.UNIT.	P.TOTAL
1	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL – display com tela capacitiva, painel para registro de volume infundido compatível com equipos padrão de qualquer marca; alarmes audiovisuais; menu para configuração de biblioteca de drogas com cores padronizadas para categorias de drogas; ferramenta que evite erros de dosagem com limites pré definidos; ajuste de volume de infusão pré definido; modos de trabalho: ml/h e gotas/min.; exibição em tempo real de pressão no sistema para prevenção de oclusão; função purgar; kvo(manter veia aberta)com vazão ajustável de 1 a 5ml/h; gravação automática da última infusão; funcionamento por mais de 4 horas em bateria; classe de proteção ipx4; alarmes: indicações sonoras(bip e voz); início da infusão; término da infusão; infusão da quantidade limitada encerrada; oclusão; detecção de bolhas; fechar a porta; instalação incorreta; configuração incorreta; velocidade de infusão anormal; alimentação externa desconectada; bateria fraca; especificações: volume de infusão: de 1 ml a 9.999ml; taxa de infusão: modo ml/h - 1 a 1.800ml/h(incremento de 1 ml/h);modo gotas/min. - 1 a 250 gotas/min.(incrementado de 1 gota/min.);taxa de bolus/purgar:100 a 1.200ml/h(incremento de 100 ml/h);taxa de kvo: 1 a 5 ml/h(incremento de 1 ml/h);bateria e alimentação: bateria recarregável; capacidade de no mínimo 6 horas de	und	3		


	funcionamento sem necessidade de recarga; alimentação ac 100 - 240v - 50/60hz, automático				
02	EQUIPO – específico para utilização em bomba de infusão volumétrica, para sistema peristáltico linear ou Shuttle, para administração de soluções via parenteral, macrogotas, estéril, de uso único, descartável, atóxico, apirogênico, Tubo extensor em PVC, transparente, flexível, comprimento mínimo de 2,20m, com injetor lateral, livre de látex e partes metálicas, ponta perfurante tipo universal, contendo protetor, filtro de ar hidrófobo 0,22 micron, com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível, translúcida com filtro bacteriano de 15 micra, pinça reguladora de fluxo (tipo rolete) , extremidades com sistema Luer Look ou Luer Slip. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogênica; a embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.	und	80		

O prazo para recebimento das cotações é até **25/10/2025**, a contar da publicação deste edital de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

1. Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: administracao@fundacaosenhorasantana.com.br
2. Todos os produtos deverão possuir registro na ANVISA e estar em conformidade com as normas vigentes de segurança elétrica e desempenho (INMETRO, ABNT e demais aplicáveis).
3. O fornecedor deverá garantir assistência técnica, suporte pós-venda e treinamento operacional quando solicitado.

4. Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do município (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Caetité -BA, 20 de outubro de 2025.

Juliana S. Santos -
Farmacêutica
CRF 11472

JULIANA SILVA SANTOS AZEVEDO
Responsável



ANEXO I
COTAÇÃO DE PREÇOS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA DE CAETITÉ-BA

FONE: (77) 3454-1811

E-mail: administracao@fundacaosenhorasantana.com.br

PARA:

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

CNPJ: _____

NOME RESPONSÁVEL: _____

E-MAIL: _____

CONTA BANCÁRIA: _____

Em atendimento ao Edital de Chamamento para Apresentação de Cotações, a empresa acima identificada apresenta sua proposta de preços conforme o objeto, descrições e especificações técnicas abaixo:

OBJETO: aquisição de bomba de infusão volumétrica universal e equipos específicos compatíveis, conforme descrições e especificações técnicas abaixo, destinados ao uso hospitalar para infusão controlada de soluções parenterais e medicamentos, visando atender às necessidades da instituição.

LOTE ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	P.UNIT.	P.TOTAL
1	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL – display com tela capacitiva, painel para registro de volume infundido compatível com equipos padrão de qualquer marca; alarmes audiovisuais; menu para configuração de biblioteca de drogas com cores padronizadas para categorias de drogas; ferramenta que evite erros de dosagem com limites pré definidos; ajuste de volume de infusão pré definido; modos de trabalho: ml/h e gotas/min.; exibição em tempo real de pressão no sistema para prevenção de oclusão; função purgar; kvo(manter veia aberta)com vazão ajustável de 1 a 5ml/h; gravação automática da última infusão; funcionamento por mais de 4 horas em bateria; classe de proteção ipx4; alarmes:	und	3		

	indicações sonoras(bip e voz); início da infusão; término da infusão; infusão da quantidade limitada encerrada; oclusão; detecção de bolhas; fechar a porta; instalação incorreta; configuração incorreta; velocidade de infusão anormal; alimentação externa desconectada; bateria fraca; especificações: volume de infusão: de 1 ml a 9.999ml; taxa de infusão: modo ml/h - 1 a 1.800ml/h(incremento de 1 ml/h);modo gotas/min. - 1 a 250 gotas/min.(incrementado de 1 gota/min.);taxa de bolus/purgar:100 a 1.200ml/h(incremento de 100 ml/h);taxa de kvo: 1 a 5 ml/h(incremento de 1 ml/h);bateria e alimentação: bateria recarregável; capacidade de no mínimo 6 horas de funcionamento sem necessidade de recarga; alimentação ac 100 - 240v - 50/60hz, automático				
02	EQUIPO – específico para utilização em bomba de infusão volumétrica, para sistema peristáltico linear ou Shuttle, para administração de soluções via parenteral, macrogotas, estéril, de uso único, descartável, atóxico, apirogênico, Tubo extensor em PVC, transparente, flexível, comprimento mínimo de 2,20m, com injetor lateral, livre de látex e partes metálicas, ponta perfurante tipo universal, contendo protetor, filtro de ar hidrófobo 0,22 micron, com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível, translúcida com filtro bacteriano de 15 micra, pinça reguladora de fluxo (tipo rolete) , extremidades com sistema Luer Lock ou Luer Slip. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogênica; a embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.	und	80		

Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.

Caetité, ____/____/2025.

Atenciosamente,

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

